

# 消毒产品卫生安全评价报告

产品名称: 瑞可安™过氧乙酸快速测定试纸

剂型/型号: \_\_\_\_\_

产品责任单位名称 (盖章): 山东威高药业股份有限公司

评价日期: 2016年03月25日

## 一、基本情况


产品责任单位名称	山东威高药业股份有限公司	产品责任单位地址	威海市火炬高技术产业开发区兴山路20号	
法定代表人/责任人	黄显峰	电话	0631-5625988	邮编 264414
实际生产单位名称	山东威高药业股份有限公司	实际生产单位地址	威海市临港经济技术开发区尚山镇正气路3号8号楼	
实际生产企业卫生许可证号	鲁卫消证字(2014)第0902号	法定代表人/责任人	黄显峰	
进口产品报关单号				
该产品属于哪类产品	第一类( ) 第二类(✓)			
该产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求	是(✓) 否( )			
标签(铭牌)、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求。	是(✓) 否( )			
检验项目是否齐全	是(✓) 否( )			
检验结果是否符合要求	是(✓) 否( )			
产品企业标准(质量标准)是否符合要求	是(✓) 否( )			
该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应	是(✓) 否( )			
产品配方是否添加了禁止使用的原材料	是( ) 否(✓)			
产品配方是否与实际生产产品配方一致	是(✓) 否( )			
所用原材料是否合格	是(✓) 否( )			
原材料用量是否符合相关法定要求	是(✓) 否( )			
评价结论: 消毒产品是否符合相关法规、规范、标准等法定要求。	是(✓) 否( )			
<p>承诺: 本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责, 保证所提供标签(铭牌)、说明书、检验报告(含结论)、企业标准或质量标准、产品配方真实、有效, 与所生产销售的产品相符, 并承担相应的法律责任。</p>				

# 瑞可安™过氧乙酸快速测定试纸标签样稿

## 威高

### 瑞可安™过氧乙酸快速测定试纸

颜色比对:



使用方法:



[规格] 30条/瓶

[使用范围] 用于测定过氧乙酸消毒剂浓度，检测范围为500mg/L~2500mg/L。

[生产企业卫生许可证号] 鲁卫消证字(2014)第0902号

[执行标准] Q/1001SWY 020

[有效期] 24个月

[生产批号] 见瓶体

[生产日期] 见瓶体

[注意事项] 未使用的试纸请置于盒中，存放在阴凉干燥避光处。

**山东威高药业股份有限公司**

【生产地址】威海市临港经济技术开发区荷山镇正气路3号8号楼

【邮政编码】264209 【联系电话】0631-5651088 【传真】0631-5663033





山东省卫生厅认定  
消毒产品检验机构  
鲁卫消检认字(2003)第002号  
(认定日期:2003年12月1日)

## 山东省实验动物中心

# 检 验 报 告



检 验 报 告 编 号 鲁动消检字[2016]X 0037T号  
样 品 名 称 瑞可安™过氧乙酸快速测定试纸  
送 检 单 位 山东威高药业股份有限公司

2016 年 03 月 21 日



山东省实验动物中心  
检验报告

2014150541S

样品受理编号: X20150243

第 1 页/共 4 页

样品名称	瑞可安™过氧乙酸快速测定试纸	样品数量	30 条/瓶×6 瓶
送检单位	山东威高药业股份有限公司	样品性状	试纸条
生产单位	山东威高药业股份有限公司	接样日期	2015-10-15
生产日期或批号	150416011	检验完成日期	2016-03-21
检验类别	委托检验		

检测依据:《消毒技术规范》(2002年版)。

检验结论:

1. 所试批号为 150416011 的瑞可安™过氧乙酸快速测定试纸样品所测试瑞可安灭菌粉过氧乙酸含量结果与容量法所测结果符合。
2. 所试批号为 150416011 的瑞可安™过氧乙酸快速测定试纸样品, 于 37℃ (相对湿度>75%) 的恒温箱放置 3 个月后所测试瑞可安灭菌粉过氧乙酸含量结果与容量法所测结果符合。

以下空白

法定代表人(或授权的技术负责人)(签字)

最终审核日期 2016 年 03 月 21 日

